Analisa	**CERTIFICADO DE ANÁLISE** CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	**Soro Anti-B** Suero anti-B/Anti-B serum
Referência Referencia / Reference:	**172B.1**
Lote Lot:	**4294**
Validade Validez / Expiration date:	**06/03/2026**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Aspecto visual e Propriedades Organolépticas		
Reagente	**Referência**	**Resultado**
Soro Anti-B Reagente de Agrupamento Sanguíneo Monoclonal (ABO) **(1 x 10 mL)**	Líquido límpido Amarelo, inodoro, sem partículas ou precipitados.	**Aprovado**

Registro de determinação para teste de Tipagem Sanguínea - ABO				
PROVA DIRETA (GLOBULAR)				
AMOSTRA		**SORO ANTI-B**	**INTERPRETAÇÃO**	**RESULTADO**
SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS (5%)	**A**	**-**	**A**	**Aprovado**
	B	**4+**	**B**	
	AB	**4+**	**AB**	
	O	**-**	**O**	

Graduação	Descrição
4 +	Botão sólido com pequenos grumos e fundo claro
3 +	Grumos grandes e numerosos com fundo claro
2 +	Grumos pequenos e numerosos com fundo róseo
1 +	Grumos pequenos e fundo bastante róseo
(+) - Fraco	Presença de minúsculas aglutinações em fundo bastante róseo
0 - Negativo	Ausência de aglutinação, fundo bastante róseo com hemácias em suspensão
CM (Campo Misto)	Presença de aglutinações e de hemácias em suspensão, com fundo róseo
He	Hemólise total ou parcial das hemácias. É indicador de positividade

Data Fecha / Date:	**10/10/2024**

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br