| Analisa | **CERTIFICADO DE ANÁLISE**<br>CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produto**<br>Producto / Product: | **Soro Anti-D (Monoclonal IgM IgG)**<br>Suero Anti-D (IgM Monoclonal IgG)/Anti-D serum (Monoclonal IgM IgG) |
| **Referência**<br>Referencia / Reference: | **174** |
| **Lote**<br>Lot: | **5170** |
| **Validade**<br>Validez / Expiration date: | **10/2026** |

## CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

**Aspecto visual e Propriedades Organolépticas**

| Reagente | Referência | Resultado |
|---|---|---|
| Soro Anti-D<br>Reagente para detecção do antígeno anti-D de uso paralelo ao controle Rh **(1 x 10 mL)** | Líquido límpido, levemente amarelado, inodoro, sem partículas ou precipitados. | **Aprovado** |

**Registro de determinação para teste de Expressão do Antígeno - D (Fator Rh)**

**PROVA DIRETA**

| AMOSTRA | | CONTROLE RH | SORO ANTI-D | INTERPRETAÇÃO | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS (5%) DA01 CA04 VAL: 05/2025** | **Classificação ABO: DA01 (Rh -)** | **(-)** | **(-)** | **Fator Rh -** | **Aprovado** |
| | **Classificação ABO: CA04 (Rh +)** | **(+)** | **(+)** | **Fator Rh +** | |



Amostra (+): CA04



Amostra (-): DA01

| Hemácia CA04 | Hemácia DA01 |
|---|---|
| RH + | RH - |
| Pesquisa D-Fraco: N/A | Pesquisa D-Fraco: Negativo |

| | |
|---|---|
| **Data**<br>Fecha / Date: | **30/06/2025** |

Tatiane Trindade

**Tatiane Trindade Gonzaga Pereira**
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

**Gold Analisa Diagnóstica Ltda.**
**CNPJ: 03.142.794/0001-16**
**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**
**Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br**
**www.goldanalisa.com.br**