

Produto Producto / Product:	Soro Anti-AB Suero anti-AB/Anti-AB serum
Referência Referencia / Reference:	172.AB
Lote Lot:	009
Validade Validez / Expiration date:	12/02/2027

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Aspecto visual e Propriedades Organolépticas

Reagente	Referência	Resultado
Soro Anti-AB Reagente de Agrupamento Sanguíneo Monoclonal (ABO) (1 x 10 mL)	Líquido límpido, levemente amarelado, inodoro, sem partículas ou precipitados.	Aprovado

Registro de determinação para teste de Tipagem Sanguínea - ABO

PROVA DIRETA (GLOBULAR)

AMOSTRA	SORO ANTI-AB	INTERPRETAÇÃO	RESULTADO
SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS (5%)	A	4+	A
	B	4+	B
	AB	4+	AB
	O	-	O

Aprovado

Gradação	Descrição
4+	Botão sólido com pequenos grumos e fundo claro
3+	Grumos grandes e numerosos com fundo claro
2+	Grumos pequenos e numerosos com fundo róseo
1+	Grumos pequenos e fundo bastante róseo
(+) - Fraco	Presença de minúsculas aglutinações em fundo bastante róseo
0 - Negativo	Ausência de aglutinação, fundo bastante róseo com hemácias em suspensão
CM (Campo Misto)	Presença de aglutinações e de hemácias em suspensão, com fundo róseo
He	Hemólise total ou parcial das hemácias. É indicador de positividade

Data Fecha / Date:	23/03/2026
------------------------------	-------------------

Tatiane T G Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br