



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto

Producto / Product:

Albumina

Albúmina/ Albumin

Referência

Referencia / Reference:

419

Lote

Lot:

202204

Validade

Validez / Expiration date:

04/2024

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	$\leq 0,300$	0,129
Aspectos físico-químico Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/ Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	6,0 g/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	2,30 (1.96-2.65) g/dL	2,21 g/dL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	3,62 (3.08-4.16)g/dL	3,43 g/dL

Data

Fecha / Date:

05/09/2022

Isabela Fernandes Alves dos Santos

Controle de Qualidade

Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

www.goldanalisa.com.br