Analisa	**CERTIFICADO DE ANÁLISE** CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	**Proteinúria** Proteinuria/Proteinuria
Referência Referencia / Reference:	**498M**
Lote Lot:	**202404A (CM01)**
Validade Validez / Expiration date:	**02/2026**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	**Faixa aceitável** Rango aceptable / Acceptable range:	**Resultados do lote** Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do Branco Absorbancia Blanca/ White Absorbance	**<0,150**	**0,082**
Fator de Calibração Factor Calibración)/ Calibration Factor :	**114 - 170**	**116,8**
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	**Dentro dos limites internos** Dentro de límites internos/Within internal limits	**De acordo** De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad/Linearity:	**100 mg/dL**	**De acordo** De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nível I/Control Serum level I:	**40 (32 - 48) mg/dL**	**36,00 mg/dL**
Soro Controle nível II Control de suero nível II/Control Serum level II:	**80 (64 - 96) mg/dL**	**70,33 mg/dL**

Data Fecha / Date:	**12/11/2024**

Isabela Fernandes Alves dos Santos

Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br