

Produto Producto / Product:	Ácido Úrico Ácido úrico / Uric acid:
Referência Referencia / Reference:	451
Lote Lot:	3134
Validade Validez / Expiration date:	01/2025

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do Branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<0,300	0,076
Fator de Calibração Factor de calibracion/Calibration Factor	25,9 a 35,1.	De acordo De acuerdo/Accordingly
Aspectos físico-químicos Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	Até 25 mg/dL hasta 25mg/dL/Until 25mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	3.65 (3.10 – 4.20) mg/dL	3,26 mg/dL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	5.90 (5.00 - 6.80) mg/dL	5,43 mg/dL

Data Fecha / Date:	30/05/2023
------------------------------	-------------------

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade

Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br