


Produto Producto / Product:	HDL SC HDL Directo/HDL Direct
Referência Referencia / Reference:	114E
Lote Lot:	25062 CM01
Validade Validez / Expiration date:	30/06/2027

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químicos Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos Limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad/Linearity	150 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I	40 (32 - 48) mg/dL	40,0 mg/dL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II	54 (46 - 62) mg/dL	51 mg/dL

Data Fecha / Date:	29/01/2026
------------------------------	-------------------



Isabela Fernandes dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br