Analisa	**CERTIFICADO DE ANÁLISE** CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	**Creatinina** Creatinina / creatinine
Referência Referencia / Reference:	**335**
Lote Lot:	**202404 CM01**
Validade Validez / Expiration date:	**12/2027**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	**Faixa aceitável** Rango aceptable / Acceptable range:	**Resultados do lote** Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	**<0,150**	**0,132**
Fator de Calibração (505 nm) Factor Calibración (505 nm)/ Calibration Factor (505 nm):	**33 - 55**	**40,82**
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	**Dentro dos limites internos** Dentro de límites internos/Within internal limits	**De acordo** De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	**12 mg/dL**	**De acordo** De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	1,02 (0,97 - 1,32) mg/dL	**1,08 mg/dL**
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	4,50 (3,60 - 5,40)mg/dL	**4,27 mg/dL**

Data Fecha / Date:	**06/06/2025**

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade

Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br