

**CERTIFICADO DE ANÁLISE**  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>Urigold</b> Urigold/Urigold
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>500SE</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>25I172 (CM03)</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>31/01/2027</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Amostra Controle</b> Muestra de Control/Control Sample:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Urobilinogênio</b> Urobilinógeno/Urobilinogen	<b>Normal</b> Resultado Normal/Normal Result	<b>Normal</b> Resultado Normal/Normal Result
<b>Glicose</b> Glucosa/Glucose	<b>Negativo</b> Negativo/Negative	<b>Negativo</b> Negativo/Negative
<b>Corpos cetônicos</b> Cuerpos cetónicos/Ketone bodies	<b>Negativo</b> Negativo/Negative	<b>Negativo</b> Negativo/Negative
<b>Bilirrubina</b> Bilirrubina/Bilirubin	<b>Negativo</b> Negativo/Negative	<b>Negativo</b> Negativo/Negative
<b>Proteína</b> Proteína/Protein	<b>Negativo</b> Negativo/Negative	<b>Negativo</b> Negativo/Negative
<b>Nitrito</b> Nitrito/Nitrite	<b>Negativo</b> Negativo/Negative	<b>Negativo</b> Negativo/Negative
<b>pH</b> pH/pH	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
<b>Sangue/Hb</b> Sangre/Hb/Blood /Hb	-	-
<b>Densidade</b> Densidad/Density	<b>1.015</b>	<b>1.015</b>
<b>Leucócitos</b> Leucocitos/Leukocytes	<b>Negativo</b> Negativo/Negative	<b>Negativo</b> Negativo/Negative

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>17/06/2026</b>
------------------------------	-------------------

*Tatiane Trindade*

**Tatiane Trindade G Pereira**

Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

**Gold Analisa Diagnóstica Ltda.**

**CNPJ: 03.142.794/0001-16**

**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**

**Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)**

**[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)**