



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto
Producto / Product:

TP Líquida
TP neto/ Net TP

Referência
Referencia / Reference:

555

Lote
Lot:

5169

Validade
Validez / Expiration date:

18/09/2026

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químico Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/ Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Plasma Controle nível I Nível de control de plasma I/Plasma Control Level I:	13.5 (10 - 17) segundos	13,93 segundos
Plasma Controle nível II Nível de control de plasma I/Plasma Control Level II:	32 (23 - 41) segundos	25,83 segundos
Valor do ISI Valor ISI/ISI value:	1,00 a 1,10	1,04

Data
Fecha / Date:

30/06/2025

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

