



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto

Producto / Product:

Bilirrubinas DCA

Referência

Referencia / Reference:

431M

Lote

Lot:

202301 (CM01)

Validade

Validez / Expiration date:

06/2024

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos Físicos-químicos Aspectos Físico-químicos/ Physico-chemical aspects	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade BD Linealidad BD/BD linearity	12 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade BT Linealidad BT/BT linearity	30 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle N Suero de control BD/BD Control Serum	BT 1.03 (0.88 – 1.18) mg/dL BD 0.73 (0.62 – 0.84) mg/dL	BT 0,97 mg/dL BD 0,63 mg/dL
Soro Controle P Suero de control BT/BT Control Serum	BT 5.42 (4.61 - 6.23) mg/dL BD 3.25 (2.76 - 3.74) mg/dL	BT 4,84 mg/dL BD 3,36 mg/dL

Data

Fecha / Date:

10/04/2023

Isabela Fernandes Alves dos Santos

Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br