



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	Bilirrubinas Bilirrubinas/Bilirubins
Referência Referencia / Reference:	331
Lote Lot:	202501 (CM 01)
Validade Validez / Expiration date:	03/2027

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Linearidade Linealidad / Linearity:	25 mg/dL	De Acordo
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	BT 1,17 (0,50 - 1,77) BD 0.81 (0.51 - 1,27)	BT 0,60 BD 0,80
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	BT 2,68 (1,02 - 3,65) BD 3.98 (3.55 - 5.01)	BT 1,57 BD 3,86

Data Fecha / Date:	15/04/2025
------------------------------	-------------------

Isabela F. A. Santos

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br