Analisa	**CERTIFICADO DE ANÁLISE** CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	**Creatinina Mono** Creatinina Mono/ Creatinine Monkey
Referência Referencia / Reference:	**110/110E**
Lote Lot:	**25006A CM01**
Validade Validez / Expiration date:	**08/2026**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	**Faixa aceitável** Rango aceptable / Acceptable range:	**Resultados do lote** Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	**< 0,1700**	**0,1341**
Fator de Calibração (505 nm) Factor Calibración (505 nm)/ Calibration Factor (505 nm):	**24.0 - 36.0**	**35,71**
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	**Dentro dos limites internos** Dentro de límites internos/Within internal limits	**De acordo** De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	**10 mg/dL**	**De acordo** De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	**1.02 (0.72 - 1.32) mg/dL**	**1,05 mg/dL**
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	**4.50 (3.60 - 5.40) mg/dL**	**3,97 mg/dL**

Data Fecha / Date:	**14/07/2025**

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade

Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br