



Produto	Sífilis VDRL
Referência	129
Lote	4056
Fabricação	29/02/2024
Validade	19/08/2025

Quesitos	Crítérios	Resultados
Aparência	Suspensão esbranquiçada	De acordo


Observadas lâminas coradas em microscópio (objetiva de 1000x) verificando a transparência do óleo:



1. Reagente sem amostra;



2. Reagente + Controle Negativo;



3. Reagente + Controle Positivo;

Registro da determinação para testes qualitativos:

Amostra	1º leitura	2º leitura	3º leitura
Amostra Reagente Controle Positivo Wama Lote: 23C080 Val: 03/2025	REAGENTE	REAGENTE	REAGENTE
Amostra Não-Reagente Controle Negativo Wama Lote: 23E042 Val: 11/2025	NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE

Data	29/02/2024
-------------	-------------------

Isabela Fernandes Alves dos SantosControle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br / www.goldanalisa.com.br