| Analisa | **CERTIFICADO DE ANÁLISE**<br>CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produto**<br>Producto / Product: | **Colesterol**<br>Colesterol/ Cholesterol |
| **Referência**<br>Referencia / Reference: | **460M** |
| **Lote do Kit:**<br>Lot: | **202410 CM01** |
| **Validade do Kit**<br>Validez / Expiration date: | **03/2027** |

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| **Parâmetros**<br>Parametros / Parameter: | **Faixa aceitável**<br>Rango aceptable / Acceptable range: | **Resultados do lote**<br>Resultados por lotes / Lot results: |
|---|---|---|
| **Absorbância do Branco**<br>Absorbancia Blanca/ White Absorbance | **≤0,400** | **0,033** |
| **Aspectos físico-químicos**<br>Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects: | **Dentro dos limites internos**<br>Dentro de límites internos/Within internal limits | **De acordo**<br>De acuerdo/Accordingly |
| **Linearidade**<br>Linealidad/Linearity: | **500 mg/dL** | **De acordo**<br>De acuerdo/Accordingly |
| **Soro Controle nível I**<br>Control de suero nivel I/Control Serum level I: | **112 (82 - 138) mg/dL** | **94,67 mg/dL** |
| **Soro Controle nível II**<br>Control de suero nivel II/Control Serum level II: | **186 (144 - 224) mg/dL** | **164 mg/dL** |

| | |
|---|---|
| **Data**<br>Fecha / Date: | **13/06/2025** |

Tatiane Trindade

**Tatiane Trindade Gonzaga Pereira**
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**
**Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br**
**www.goldanalisa.com.br**