| Analisa | **CERTIFICADO DE ANÁLISE**<br>CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produto**<br>Producto / Product: | **HDL Direto**<br>HDL Directo/HDL Direct |
| **Referência**<br>Referencia / Reference: | **400** |
| **Lote**<br>Lot: | **23036 CM01** |
| **Validade**<br>Validez / Expiration date: | **05/2025** |

## CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| **Parâmetros**<br>Parametros / Parameter: | **Faixa aceitável**<br>Rango aceptable / Acceptable range: | **Resultados do lote**<br>Resultados por lotes / Lot results: |
|---|---|---|
| **Aspectos físico-químicos**<br>Aspectos físico-quimicos/ Physico-chemical aspects: | **Dentro dos Limites internos**<br>Dentro de límites internos/Within internal limits | **De acordo**<br>De acuerdo/Accordingly |
| **Linearidade**<br>Linealidad/Linearity | **150 mg/dL** | **De acordo**<br>De acuerdo/Accordingly |
| **Soro Controle nível I**<br>Control de suero nivel I/Control Serum level I | **42 (36 – 49) mg/dL** | **39 mg/dL** |
| **Soro Controle nível II**<br>Control de suero nivel II/Control Serum level II | **72 (61 - 83) mg/dL** | **80 mg/dL** |

| | |
|---|---|
| **Data**<br>Fecha / Date: | **13/11/2023** |

**Isabela Fernandes Alves dos Santos**
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

**Gold Analisa Diagnóstica Ltda.**
**CNPJ: 03.142.794/0001-16**
**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**
**Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br**
**www.goldanalisa.com.br**