



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	Bilirrubinas DCA
Referência Referencia / Reference:	431M
Lote Lot:	202407 (CM01)
Validade Validez / Expiration date:	12/2025

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos Físicos-químicos Aspectos Físico-químicos/ Physico-chemical aspects	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade BD Linealidad BD/BD linearity	12 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade BT Linealidad BT/BT linearity	30 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle N Suero de control BD/BD Control Serum	BT 1,07 (0,91 – 1.23) mg/dL BD 0,71 (0,60 – 0,82) mg/dL	BT 1,14 mg/dL BD 0,78 mg/dL
Soro Controle P Suero de control BT/BT Control Serum	BT 5,53 (4,70 - 6,36) mg/dL BD 3,00 (2,55 - 3,45) mg/dL	BT 6,11 mg/dL BD 3,33 mg/dL

Data Fecha / Date:	01/11/2024
------------------------------	-------------------

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

www.goldanalisa.com.br