



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	FR - Látex FR- Látex/ FR- Látex
Referência Referencia / Reference:	542EL
Lote Lot:	1037
Validade Validez / Expiration date:	08/2022

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Controle Positivo Control positivo/ Positive Control	Aglutinação intensa Intensa aglutinación/ Intense agglutination	De acordo De acuerdo/Accordingly
Controle Negativo Control negativo/Negative Control	Ausência de aglutinação Ausencia de aglutinación/Absence of Agglutination	De acordo De acuerdo/Accordingly
Amostras positivas Muestras positivas/Positive samples:	Positivo Positivo/Positive	De acordo De acuerdo/Accordingly
Amostras negativas Muestras negativas/ Negative samples	Negativo Negativo/Negative	De acordo De acuerdo/Accordingly

Data Fecha / Date:	02/03/2021
------------------------------	-------------------

José Gilmar Pereira Berto
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br