



**CERTIFICADO DE ANÁLISE**  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>HDL Direto</b> HDL Directo/HDL Direct
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>400/400E</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>26021A (CM01)</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>09/2027</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango aceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Aspectos físico-químicos</b> Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects:	<b>Dentro dos Limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Linearidade</b> Linealidad/Linearity	<b>150 mg/dL</b>	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Soro Controle nível I</b> Control de suero nivel I/Control Serum level I	<b>40 (32-48) mg/dL</b>	<b>33,37 mg/dL</b>
<b>Soro Controle nível II</b> Control de suero nivel II/Control Serum level II	<b>54 (46-62) mg/dL</b>	<b>52,03 mg/dL</b>

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>19/06/2026</b>
------------------------------	-------------------

*Tatiane Trindade*

**Tatiane Trindade G Pereira**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.  
CNPJ: 03.142.794/0001-16  
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG  
Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)  
[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)