



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	Padrão de Bilirrubina Patrón de bilirrubina/Bilirubin Pattern
Referência Referencia / Reference:	332
Lote Lot:	202004
Validade Validez / Expiration date:	12/2022

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do Branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	≤0,025	De acordo De acuerdo/Accordingly
Aspectos físico-químicos Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Fator de Calibração Factor de calibracion/ Calibration Factor:	27,0 a 34,9	De acordo De acuerdo/Accordingly

Data Fecha / Date:	29/01/2021
------------------------------	-------------------

José Gilmar Pereira Berto
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Contro

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br