



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	FIA HCG FIA HCG/FIA HCG
Referência Referencia / Reference:	154
Lote Lot:	Y2510074A
Validade Validez / Expiration date:	27/10/2027

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos Placa-Teste Aspectos de la placa de prueba/ Test Plate Aspects	Íntegra e sem manchas Se integra y sin manchas/Integrates and without stains	De acordo De acuerdo/Accordingly
Aspecto Diluente Aspectos diluyente/ Thinner Aspects	Límpido incolor Claro incoloro/ Clear colorless	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	< 5 mUI/mL	< 5 mUI/mL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	> 10000 mIU/mL	12.537,90 mIU/mL

Data Fecha / Date:	13/04/2025
------------------------------	-------------------

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br