



**CERTIFICADO DE ANÁLISE**  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

**Produto**  
Producto / Product:

**Controle CK N1 - N2**  
CK Control/Control CK

**Referência**  
Referencia / Reference:

**118**

**Lote**  
Lot:

**202411 CM01**

**Validade**  
Validez / Expiration date:

**04/2026**

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| Parâmetros<br>Parametros / Parameter:                                                    | Faixa aceitável<br>Rango acceptable / Acceptable range:                                                                                                                                                                                                                      | Resultados do lote<br>Resultados por lotes / Lot results:                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aspectos físico-químicos</b><br>Aspectos físico-químicos/<br>Physico-chemical aspects | <b>Pó Liofilizado</b><br>Polvo liofilizado/Lyophilized powder                                                                                                                                                                                                                | <b>De acordo</b><br><b>De acuerdo/Accordingly</b>                                                                                                           |
| <b>Exatidão</b><br>Precisión/ Accuracy                                                   | <b>Dentro dos limites internos</b><br>Dentro de límites internos/Within<br>internal limits                                                                                                                                                                                   | <b>De acordo</b><br><b>De acuerdo/Accordingly</b>                                                                                                           |
| <b>Atividade Enzimática</b><br>Actividad<br>enzimática/Enzymatic<br>activity             | <b>Controle 1 CK Total:</b><br><b>109</b><br><b>(92 - 126) U/L</b><br><b>Controle 1 CK -MB:</b><br><b>29</b><br><b>(22 - 36) U/L</b><br><b>Controle 2 CK Total:</b><br><b>399</b><br><b>(338 - 460) U/L</b><br><b>Controle 2 CK-MB:</b><br><b>77</b><br><b>(58 - 96) U/L</b> | <b>Controle 1 CK Total: 104,7 U/L</b><br><b>Controle 1 CKMB: 29 U/L</b><br><br><b>Controle 2 CK Total: 396,48 U/L</b><br><b>Controle 2 CK-MB: 79,98 U/L</b> |

**Data**  
Fecha / Date:

**06/12/2024**

**Isabela Fernandes Alves dos Santos**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

**Gold Analisa Diagnóstica Ltda.**

**CNPJ: 03.142.794/0001-16**

**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**

**Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)**

**[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)**