



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	Bilirrubinas Bilirrubinas/Bilirubins
Referência Referencia / Reference:	331
Lote Lot:	202304 (CM 01)
Validade Validez / Expiration date:	11/2025

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Linearidade Linealidad / Linearity:	25 mg/dL	De Acordo
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	BT 1.01 (0.86 - 1.16) mg/dL BD 0.80 (0.68 - 0.92) mg/dL	BT 1,05 BD 0,77
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	BT 4.93 (4.19 - 5.67) mg/dL BD 4.03 (3.43 - 4.63) mg/dL	BT 4,77 BD 3,84

Data Fecha / Date:	05/02/2024
------------------------------	-------------------

Isabela F. A. Santos

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br