



**CERTIFICADO DE ANÁLISE**  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>PCR Turbidimetria</b> Turbidimetría por PCR/PCR Turbidimetry
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>473</b>
<b>Data de fabricação:</b> Manufacture date:	<b>07/08/2025</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>Padrão cat. 473.1 - 1 ml - lote 5267 - CRP 63,2 mg/L</b> <b>Látex cat. 473.2 - 10 mL - lote 5267</b> <b>Tampão cat. 473.3 - 40 mL - lote 5267</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>Padrão val. 20/04/2028</b> <b>Látex val. 20/08/2027</b> <b>Tampão val. 17/07/2027</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango acceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Absorbância do branco</b> Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<b>≤0,900</b>	<b>0,6231</b>
<b>Linearidade</b> Linealidad / Linearity:	<b>150 mg/L</b>	<b>De Acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Soro Controle nível I</b> Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	<b>25,6 (17,9 - 33,3) mg/L</b>	<b>27,0 mg/L</b>
<b>Soro Controle nível II</b> Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	<b>52,8 (37,0 - 68,6) mg/L</b>	<b>51,0 mg/L</b>

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>28/08/2025</b>
------------------------------	-------------------

*Tatiane Trindade*

**Tatiane Trindade G Pereira**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

