



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	CK NAC CK NAC / CK NAC
Referência Referencia / Reference:	221
Lote Lot:	25051AB CM02
Validade Validez / Expiration date:	11/2026

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	2000 U/L	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	108 (92 - 124) U/L	109,87 U/L
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	406 (344 - 468) U/L	389,56 U/L

Data Fecha / Date:	24/03/2026
------------------------------	-------------------

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

