


Produto
Producto / Product: **Fibrinogênio**
TTPA neto/Net TTPA**Referência**
Referencia / Reference: **116****Lote**
Lot: **5096****Validade**
Validez / Expiration date: **11/04/2026****CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Plasma controle nível I Nível de control de plasma I/Plasma control level I:	286 (200 - 400) mg/dL	259,67 mg/dL
Plasma controle nível II Nível de control de plasma II/Plasma control level II:	283 (226 - 340) mg/dL	298,67 mg/dL

Data
Fecha / Date: **28/04/2025****Isabela Fernandes Alves dos Santos**
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control