



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	Bilirrubinas Bilirrubinas/Bilirubins
Referência Referencia / Reference:	331
Lote Lot:	202301
Validade Validez / Expiration date:	02/2025

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Linearidade Linealidad / Linearity:	25 mg/dL	De Acordo
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	BT 1,01 (0,86 - 1,16) BD 0,80 (0,68 - 0,92)	BT 1,03 BD 0,80
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	BT 5,01 (4,26 - 5,76) BD 4,19 (3,56 - 4,82)	BT 5,53 BD 3,94

Data Fecha / Date:	05/04/2023
------------------------------	-------------------

Isabela F. A. Santos

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br