



**CERTIFICADO DE ANÁLISE**  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

**Produto**

Producto / Product:

**FIA Troponina I**

FIA Troponina I/FIA Troponina I

**Referência**

Referencia / Reference:

**150**

**Lote**

Lot:

**Y2409007**

**Validade**

Validez / Expiration date:

**02/09/2026**

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| <b>Parâmetros</b><br>Parametros / Parameter:                                       | <b>Faixa aceitável</b><br>Rango aceptable / Acceptable range:                          | <b>Resultados do lote</b><br>Resultados por lotes / Lot results: |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Aspectos Placa-Teste</b><br>Aspectos de la placa de prueba/ Test Plate Aspects  | <b>Íntegra e sem manchas</b><br>Se integra y sin manchas/Integrates and without stains | <b>De acordo</b><br><b>De acuerdo/Accordingly</b>                |
| <b>Aspecto Diluente</b><br>Aspectos diluyente/ Thinner Aspects                     | <b>Límpido incolor</b><br>Claro incoloro/ Clear colorless                              | <b>De acordo</b><br><b>De acuerdo/Accordingly</b>                |
| <b>Soro Controle nível I</b><br>Control de suero nivel I/Control Serum level I:    | <b>7,5 (5,4 - 9,6) ng/mL</b>                                                           | <b>7,93 ng/mL</b>                                                |
| <b>Soro Controle nível II</b><br>Control de suero nivel II/Control Serum level II: | <b>15,80 (11,35 - 30,25) ng/mL</b>                                                     | <b>17,59 ng/mL</b>                                               |

**Data**

Fecha / Date:

**11/12/2024**

**Isabela Fernandes Alves dos Santos**

Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**  
**Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)**  
**[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)**