Analisa	**CERTIFICADO DE ANÁLISE** CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	**Proteínas Totais** Proteínas Totales/Total Proteins
Referência Referencia / Reference:	**418**
Lote Lot:	**202306 CM02**
Validade Validez / Expiration date:	**02/2025**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	**Faixa aceitável** Rango aceptable / Acceptable range:	**Resultados do lote** Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	**<0,150**	**0,006**
Fator de Calibração Factor de calibracion/ Calibration Factor	**15,7 a 23,3**	**18,00**
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	**Dentro dos limites internos** Dentro de límites internos/Within internal limits	**De acordo** De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	**14 g/dL**	**De acordo** De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	**5,15 (4,38 - 5,92) g/dL**	**4,60 g/dL**
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	**8.21 (6,98 - 9,44) g/dL**	**7,53 g/dL**

Data Fecha / Date:	**28/03/2024**

Isabela Fernandes dos Santos
Controle de Qualidade

Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br