Analisa	**CERTIFICADO DE ANÁLISE** CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	**Creatinina Mono** Creatinina Mono/ Creatinine Monkey
Referência Referencia / Reference:	**110E**
Lote Lot:	**22026 CM01**
Validade Validez / Expiration date:	**08/2024**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	**Faixa aceitável** Rango aceptable / Acceptable range:	**Resultados do lote** Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	**< 0,400**	**< 0,092**
Fator de Calibração (505 nm) Factor Calibración (505 nm)/ Calibration Factor (505 nm):	**24.0 - 36.0**	**33,4**
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	**Dentro dos limites internos** Dentro de límites internos/Within internal limits	**De acordo** De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	**10 mg/dL**	**De acordo** De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	**1,18 (1,00 -1,36) mg/dL**	**1,16 mg/dL**
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	**4,74 (4,03 -5,45) mg/dL**	**4,12 mg/dL**

Data Fecha / Date:	**16/01/2023**

Isabela Fernandes Alves dos Santos

Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br