



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|---|---|
| Produto Producto / Product: | Colinesterase Colinesterasa/Cholinesterase |
| Referência Referencia / Reference: | 415M |
| Lote Lot: | 202305 CM06 |
| Validade Validez / Expiration date: | 02/2025 |

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| Parâmetros Parametros / Parameter: | Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range: | Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results: |
|--|---|--|
| Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance: | >1,700 | 1,723 |
| Linearidade Linealidad / Linearity: | 20.000 U/L | De acordo De acuerdo/Accordingly |
| Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I: | 5470 (4610 - 6330) U/L | 5406,33 U/L |
| Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II: | 8553 (7053- 10053) U/L | 8799,33 U/L |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Data Fecha / Date: | 26/03/2024 |
|------------------------------|-------------------|

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br