

CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	AST
Referência Referencia / Reference:	105 E
Lote Lot:	5321
Validade Validez / Expiration date:	12/2026

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	> 1,000	2,558
Aspectos físico-químico Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/ Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	400 U/L	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nível I/Control Serum Level I:	45 (36 - 54) U/L	48,2 U/L
Soro Controle nível II Control de suero nível II/Control Serum Level II:	125 (100 - 150) U/L	129,5 U/L

Data Fecha / Date:	13/01/2026
------------------------------	-------------------

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br