



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto

Producto / Product:

FIA TT3

FIA TT3/FIA TT3

Referência

Referencia / Reference:

188

Lote

Lot:

Y2212009

Validade

Validez / Expiration date:

05/12/2024

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos Placa-Teste Aspectos de la placa de prueba/ Test Plate Aspects	Íntegra e sem manchas Se integra y sin manchas/Integrates and without stains	De acordo De acuerdo/Accordingly
Aspecto Diluente Aspectos diluyente/ Thinner Aspects	Límpido incolor Claro incolor/ Clear colorless	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	1,23 (1,03 - 1,42) nmol/L	1,27 nmol/L
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	1,18 (0,99 -1,36) nmol/L	1,19 nmol/L

Data

Fecha / Date:

03/10/2023

Isabela Fernandes Alves dos Santos

Controle de Qualidade

Control de Calidad / Quality Control

CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br