



**CERTIFICADO DE ANÁLISE**  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>Colinesterase</b> <b>Colinesterasa/Cholinesterase</b>
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>415/415M</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>0001AB (CM01)</b>
<b>Fabricação</b> fabricación/ manufacturing:	<b>03/03/2026</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>31/01/2028</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango acceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Absorbância do branco</b> Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<b>&gt;1,700</b>	<b>1,640</b>
<b>Linearidade</b> Linealidad / Linearity:	<b>20.000 U/L</b>	<b>De acordo</b> <b>De acuerdo/Accordingly</b>
<b>Soro Controle nível I</b> Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	<b>6194 (4645 - 7743) U/L</b>	<b>6025,0 U/L</b>
<b>Soro Controle nível II</b> Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	<b>8089 (6064 - 10114) U/L</b>	<b>8109,0 U/L</b>

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>09/04/2026</b>
------------------------------	-------------------

*Tatiane Trindade*

**Tatiane Trindade Gonzaga Pereira**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

