

<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>LDH UV</b> LDH UV/ LDH UV
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>457/457 M</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>0001 CM02</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>10/2026</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango aceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Absorbância do branco</b> Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<b>&gt; 0,800</b>	<b>1,5733</b>
<b>Aspectos físico-químico</b> Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/ Within internal limits	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Linearidade</b> Linealidad / Linearity:	<b>2000 U/L</b>	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Soro Controle nível I</b> Control de suero nível I/ Control Serum Level I:	445 (356 - 534) U/L	<b>468,3 U/L</b>
<b>Soro Controle nível II</b> Control de suero nível II/ Control Serum Level II:	1036 (829 - 1243) U/L	<b>1002 U/L</b>

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>09/01/2026</b>
------------------------------	-------------------



**Tatiane Trindade Gonzaga Pereira**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**  
**Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)**  
**[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)**