Analisa

**CERTIFICADO DE ANÁLISE**
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|---|---|
| **Produto**<br>Producto / Product: | **Soro Anti-A**<br>Suero anti-A/Anti-A serum |
| **Referência**<br>Referencia / Reference: | **172.A** |
| **Lote**<br>Lot: | **3209** |
| **Validade**<br>Validez / Expiration date: | **06/2025** |

## CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

**Aspecto visual e Propriedades Organolépticas**

| Reagente | Referência | Resultado |
|---|---|---|
| Soro Anti-A<br>Reagente de Agrupamento Sanguíneo Monoclonal (ABO) **(1 x 10 mL)** | Líquido límpido azul, inodoro, sem partículas ou precipitados. | **Aprovado** |

**Registro de determinação para teste de Tipagem Sanguínea - ABO**

**PROVA DIRETA (GLOBULAR)**

| AMOSTRA | | SORO ANTI-A | INTERPRETAÇÃO | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS (5%) | A | 4+ | A | Aprovado |
| | B | - | B | |
| | AB | 4+ | AB | |
| | O | - | O | |

| Graduação | Descrição |
|---|---|
| 4 + | Botão sólido com pequenos grumos e fundo claro |
| 3 + | Grumos grandes e numerosos com fundo claro |
| 2 + | Grumos pequenos e numerosos com fundo róseo |
| 1 + | Grumos pequenos e fundo bastante róseo |
| (+) - Fraco | Presença de minúsculas aglutinações em fundo bastante róseo |
| 0 - Negativo | Ausência de aglutinação, fundo bastante róseo com hemácias em suspensão |
| CM (Campo Misto) | Presença de aglutinações e de hemácias em suspensão, com fundo róseo |
| He | Hemólise total ou parcial das hemácias. É indicador de positividade |

| | |
|---|---|
| **Data**<br>Fecha / Date: | **23/08/2023** |

**Isabela Fernandes Alves dos Santos**
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

**Gold Analisa Diagnóstica Ltda.**
**CNPJ: 03.142.794/0001-16**
**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**
**Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br**
**www.goldanalisa.com.br**