Analisa

CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	**Triglicérides** Triglicéridos/Triglycerides
Referência Referencia / Reference:	**459**
Lote Lot:	**22038 CM01**
Validade Validez / Expiration date:	**06/2024**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	**Faixa aceitável** Rango aceptable / Acceptable range:	**Resultados do lote** Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	**Dentro dos limites internos** Dentro de límites internos/Within internal limits	**De acordo** De acuerdo/Accordingly
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	**<0,300**	**0,027**
Fator de Calibração (670 nm) Factor Calibración (670 nm)/ Calibration Factor (670 nm):	**619 - 929**	**678**
Soro Controle nível I Control de suero nível I/Control Serum level I:	**135 (115-155) mg/dL**	**152 mg/dL**
Soro Controle nível II Control de suero nível II/Control Serum level II:	**199 (169 -229) mg/dL**	**216 mg/dL**

Data Fecha / Date:	**09/02/2023**

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br