



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto
Producto / Product:

Controle CK N1 - N2
CK Control/Control CK

Referência
Referencia / Reference:

118

Lote
Lot:

202405 CM01

Validade
Validez / Expiration date:

02/2026

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químicos Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	Pó Liofilizado Polvo liofilizado/Lyophilized powder	De acordo De acuerdo/Accordingly
Exatidão Precisión/ Accuracy	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Atividade Enzimática Actividad enzimática/Enzymatic activity	Controle 1 CK Total: 109 (92 - 126) U/L Controle 1 CK -MB: 29 (22 - 36) U/L Controle 2 CK Total: 399 (338 - 460) U/L Controle 2 CK-MB: 77 (58 - 96) U/L	Controle 1 CK Total: 98,16U/L Controle 1 CKMB: 24,56 U/L Controle 2 CK Total: 377,12 U/L Controle 2 CK-MB: 72,00 U/L

Data
Fecha / Date:

08/10/2024

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

www.goldanalisa.com.br