



**CERTIFICADO DE ANÁLISE**  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

**Produto**  
Producto / Product:

**TP Líquida**  
TP neto/ Net TP

**Referência**  
Referencia / Reference:

**555E**

**Lote**  
Lot:

**2080**

**Validade**  
Validez / Expiration date:

**04/07/2023**

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| <b>Parâmetros</b><br>Parametros / Parameter:                                              | <b>Faixa aceitável</b><br>Rango acceptable / Acceptable range:                              | <b>Resultados do lote</b><br>Resultados por lotes / Lot results: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Aspectos físico-químico</b><br>Aspectos físico-químicos/<br>Physico-chemical aspects   | <b>Dentro dos limites internos</b><br>Dentro de límites internos/ Within<br>internal limits | <b>De acordo</b><br>De acuerdo/Accordingly                       |
| <b>Plasma Controle nível I</b><br>Nível de control de plasma<br>I/Plasma Control Level I: | <b>13,9 (11,8-15,9)s</b>                                                                    | <b>13,6 segundos</b>                                             |
| <b>Plasma Controle nível I</b><br>Nível de control de plasma<br>I/Plasma Control Level I: | <b>14,0 (11,0 - 17,0)s</b>                                                                  | <b>13,0 segundos</b>                                             |
| <b>Valor do ISI</b><br>Valor ISI/ISI value:                                               | <b>1,00 a 1,10</b>                                                                          | <b>1,03</b>                                                      |

**Data**  
Fecha / Date:

**10/05/2022**

**Isabela Fernandes Alves dos Santos**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**  
**Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)**  
**[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)**