Analisa	**CERTIFICADO DE ANÁLISE** CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	**Ureía** Urea/Urea
Referência Referencia / Reference:	**427E**
Lote Lot:	**202401 CM01**
Validade Validez / Expiration date:	**02/2027**

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	**Faixa aceitável** Rango aceptable / Acceptable range:	**Resultados do lote** Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do Branco Absorbancia Blanca/ White Absorbance	**< 0,100**	**0,046**
Fator de Calibração (578 nM) Factor Calibración / Calibration Factor :	**161-253**	**207,7**
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	**Dentro dos limites internos** Dentro de límites internos/Within internal limits	**De acordo** De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad/Linearity:	**300 mg/dL**	**De acordo** De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	**39 (33 - 45) mg/dL**	**39,00 mg/dL**
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	**130 (111 - 150) mg/dL**	**129 mg/dL**

Data Fecha / Date:	**26/07/2024**

Isabela F. da Silva

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br