



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	Triglicérides Triglicéridos/Triglycerides
Referência Referencia / Reference:	459
Lote Lot:	24021 CM01
Validade Validez / Expiration date:	10/2025

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<0,300	0,029
Fator de Calibração (670 nm) Factor Calibración (670 nm)/ Calibration Factor (670 nm):	619 - 929	709,2
Soro Controle nível I Control de suero nível I/Control Serum level I:	137 (116 - 158) mg/dL	137 mg/dL
Soro Controle nível II Control de suero nível II/Control Serum level II:	198 (168 - 228) mg/dL	194 mg/dL

Data Fecha / Date:	26/07/2024
------------------------------	-------------------

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br