

<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>Ácido Úrico</b> Ácido úrico / Uric acid:
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>451</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>3133</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>07/2024</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango acceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Absorbância do Branco</b> Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<b>&lt;0,300</b>	<b>0,076</b>
<b>Fator de Calibração</b> Factor de calibracion/Calibration Factor	<b>25,9 a 35,1.</b>	<b>De acordo</b> <b>De acuerdo/Accordingly</b>
<b>Aspectos físico-químicos</b> Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>De acordo</b> <b>De acuerdo/Accordingly</b>
<b>Linearidade</b> Linealidad / Linearity:	<b>Até 25 mg/dL</b> hasta 25mg/dL/Until 25mg/dL	<b>De acordo</b> <b>De acuerdo/Accordingly</b>
<b>Soro Controle nível I</b> Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	<b>3.65 (3.10 – 4.20) mg/dL</b>	<b>3,27 mg/dL</b>
<b>Soro Controle nível II</b> Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	<b>5.90 (5.00 - 6.80) mg/dL</b>	<b>5,38 mg/dL</b>

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>31/05/2023</b>
------------------------------	-------------------

*Tatiane Trindade*

**Tatiane Trindade Gonzaga Pereira**  
Controle de Qualidade

Control de Calidad / Quality Control

**Gold Analisa Diagnóstica Ltda.**  
**CNPJ: 03.142.794/0001-16**  
**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**  
**Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)**  
**[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)**