



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	Bilirrubinas DCA Bilirrubinas/Bilirubins
Referência Referencia / Reference:	431M
Lote Lot:	0001 AB (CM01)
Validade Validez / Expiration date:	05/2027

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos Físicos-químicos Aspectos Físico-químicos/ Physico-chemical aspects	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade BD Linealidad BD/BD linearity	12 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade BT Linealidad BT/BT linearity	30 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	BT 0,94 (0,56 – 1,32) mg/dL BD 0,30 (0,18 – 0,42) mg/dL	BT 0,97 BD 0,30
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	BT 5,53 (4,70 - 6,36) mg/dL BD 3,00 (2,55 - 3,45) mg/dL	BT 5,49 BD 2,78

Data Fecha / Date:	24/03/2026
------------------------------	-------------------

Tatiane Trindade G Pereira
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

