



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	Glicose Glucosa/Glucose
Referência Referencia / Reference:	112
Lote Lot:	25005 (CM01)
Validade Validez / Expiration date:	05/2027

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<0,300	0,026
Fator de Calibração Factor de calibración/ Calibration Factor	236 - 354	266,70
Aspectos físico-químico Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/ Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	Até 500 mg/dL Hasta 500 mg/dL/ Until 500 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nível I/Control Serum Level I:	93 (79 - 107) mg/dL	95,33 mg/dL
Soro Controle nível II Control de suero nível II/Control Serum Level II:	268.4 (233.5 - 303.3) mg/dL	245,0 mg/dL

Data Fecha / Date:	30/06/2025
------------------------------	-------------------

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira

Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

www.goldanalisa.com.br