| Analisa | **CERTIFICADO DE ANÁLISE**<br>CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Produto**<br>Producto / Product: | **Soro Controle N** |
| **Referência**<br>Referencia / Reference: | **497M** |
| **Lote**<br>Lot: | **202401 CM05** |
| **Validade**<br>Validez / Expiration date: | **17/07/2026** |

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| **Parâmetros**<br>Parâmetros / Parameter: | **Faixa aceitável**<br>Rango aceptable / Acceptable range: | **Resultados do lote**<br>Resultados por lotes / Lot results: |
|---|---|---|
| **Aparência**<br>Aspecto / Appearance | **Pó liofilizado**<br>Polvo liofilizado/ Lyophilized powder | **Pó liofilizado**<br>Polvo liofilizado/ Lyophilized powder |
| **Cor**<br>Color / Colour | **Amarelado**<br>Amarillento/Yellowish | **Amarelado**<br>Amarillento/Yellowish |
| **Estabilidade após sete dias de reconstituído, exceto enzimas (Fosfatase Alcalina e Bilirrubinas).**<br>Estabilidad después de siete días de reconstituido, excepto enzimas (Fosfatasa Alcalina y Bilirrubinas). Stability after seven days of reconstitution except enzymes (Alkaline Phosphatase and Bilirubins). | **≤ 10%** | **≤ 10%** |
| **Estabilidade após dois dias de reconstituído para enzimas e Bilirrubinas.**<br>Estabilidad después de dos días de reconstituido para enzimas y bilirrubinas. Stability after two days of reconstitution for enzymes and bilirubin. | **≤ 10%** | **≤ 10%** |

| | |
|---|---|
| **Data**<br>Fecha / Date: | **19/11/2024** |

**Isabela Fernandes Alves dos Santos**
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

**Gold Analisa Diagnóstica Ltda.**
**CNPJ: 03.142.794/0001-16**
**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**
**Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br**
**www.goldanalisa.com.br**