


Produto
Producto / Product: **Frutosamina**
Frutosamina/Frutosamine**Referência**
Referencia / Reference: **462****Lote**
Lot: **2240****Validade**
Validez / Expiration date: **10/2024****CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<0,065	0,002
Linearidade Linealidad / Linearity:	7,0 mmol/L	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	247,934 (173,55 - 322,31) mol/L	244 mol/L
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	513,122 (359,19 - 667,06) mol/L	419 mol/L

Data
Fecha / Date: **12/12/2022****Isabela Fernandes Alves dos Santos**
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control**Gold Analisa Diagnóstica Ltda.**
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br