



**CERTIFICADO DE ANÁLISE**  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>Bilirrubinas</b> Bilirrubinas/Bilirubins
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>331</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>202303</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>09/2025</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango acceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Linearidade</b> Linealidad / Linearity:	<b>25 mg/dL</b>	<b>De Acordo</b>
<b>Soro Controle nível I</b> Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	<b>BT 0.92 ( 0.4 - 1.4 ) mg/dL</b> <b>BD 0.29 (0.17 - 0.41) mg/dL</b>	<b>BT 0,93</b> <b>BD 0,19</b>
<b>Soro Controle nível II</b> Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	<b>BT 2.25 (1.4 - 3.1) mg/dL</b> <b>BD 0.41 (0.25 - 0.59) mg/dL</b>	<b>BT 2,50</b> <b>BD 0,28</b>

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>20/11/2023</b>
------------------------------	-------------------

*Isabela F. A. Santos*

**Isabela Fernandes Alves dos Santos**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.  
CNPJ: 03.142.794/0001-16  
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG  
Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)  
[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)