



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|---|--|
| Produto Producto / Product: | Bilirrubinas Bilirrubinas/Bilirubins |
| Referência Referencia / Reference: | 331 |
| Lote Lot: | 202201 |
| Validade Validez / Expiration date: | 01/2024 |

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| Parâmetros Parametros / Parameter: | Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range: | Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results: |
|--|--|--|
| Linearidade Linealidad / Linearity: | 25 mg/dL | De Acordo |
| Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I: | BT 0,92 (0,78-1,06) BD 0,70 (0,60-0,81) | BT 0,87 BD 0,77 |
| Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II: | BT 4,93 (4,19 - 5,67) BD 3,63 (3,09 - 4,17) | BT 5,02 BD 3,20 |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Data Fecha / Date: | 28/04/2022 |
|------------------------------|-------------------|

Isabela F. A. Santos

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br