



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto

Producto / Product:

Frutosamina

Frutosamina/Frutosamine

Referência

Referencia / Reference:

462M

Lote

Lot:

6087

Validade

Validez / Expiration date:

09/2028

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<0,200	0,136
Linearidade Linealidad / Linearity:	7,0 mmol/L	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	1,47 (1,17 - 1,76) mmol/L	1,5 mmol/L
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	2,94 (2,35 - 3,52) mmol/L	2,8 mmol/L

Data

Fecha / Date:

19/06/2026

Tatiane Trindade

Tatiane Trindade Gonzaga Pereira

Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

CNPJ: 03.142.794/0001-16

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br

www.goldanalisa.com.br