



**CERTIFICADO DE ANÁLISE**  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>FIA Ferritina</b> FIA Ferritina/FIA Ferritin
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>192</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>Y2510072</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>27/10/2027</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango acceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Aspectos Placa-Teste</b> Aspectos de la placa de prueba/ Test Plate Aspects	<b>Íntegra e sem manchas</b> Se integra y sin manchas/Integrates and without stains	<b>De acordo</b> <b>De acuerdo/Accordingly</b>
<b>Aspecto Diluente</b> Aspectos diluyente/ Thinner Aspects	<b>Límpido incolor</b> Claro incolor/ Clear colorless	<b>De acordo</b> <b>De acuerdo/Accordingly</b>
<b>Soro Controle nível I</b> Control de suero nivel I/Control Serum level I:	187,99 (135,64 - 240,34) ng/mL	<b>137,25 ng/mL</b>
<b>Soro Controle nível II</b> Control de suero nivel II/Control Serum level II:	410,76 (306,21- 515,31) ng/mL	<b>352,79 ng/mL</b>

**Tatiane Trindade Gonzaga Pereira**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

